

SIEVERS 分析計

製品アラート

Analytical Instruments
6060 Spine Road, Boulder
CO USA 80301
www.sieversinstruments.com

タイトル: バイアル包装の変更

文献番号: UPW 19-01, Rev A **リリース日:** 9-Jan-19

適用: 顧客向け

文献トピックス:

バイアル包装をビニール袋から伸縮包装フィルムへ変更

詳細:

世界的な TOC 技術の提供者として、信頼性のあるサンプリングを確認するための最新の品質改善についてアナウンスします。我々はバイアルを使用する前に環境中からの汚染に対し細心の注意を払い、継続的な品質改善を行っている中で、お客様よりバイアル梱包箱の中のビニール袋が扱いにくいとのフィードバックを頂きました。このお客様からのフィードバックにより、我々はビニール袋を廃止し、伸縮包装フィルムでバイアルを覆うことに変更しました。



従来の包装: ビニール袋



新しい包装: 伸縮包装フィルム

包装の変更は以下の品番の製品に該当します：

- HMI 90606
- HMI 90606-SP
- HMI 90608-01
- HMI 90707-01
- HMI 90708-01
- HMI 77500-01

この変更は 2019 年 1 月～2 月に実施される予定です。移行期間中は従来のビニール袋に入ったバイアルと新しい伸縮包装フィルムで覆われたバイアルが混在する恐れがあります。製品の品番や仕様、品質管理体制には変更はありません。

何かご質問があれば、下記のテクニカルサポートか最寄りの代理店へご連絡ください。

- sievers.techsupport.wts@suez.com (Americas)
- sievers.techsupportemea.wts@suez.com (Europe, Middle East, Africa)
- sievers.techsupportapac.wts@suez.com (Asia Pacific)

アクションは必要ありません。この文献は情報公開のみです。

【文責】セントラル科学株式会社

〒112-0001 東京都文京区白山 5-1-3 東京富山会館ビル

TEL : 03-3812-9186 / FAX : 03-3814-7538 / Mail : ceneral@aqua-ckc.co.jp